

PONTA DE PROVA PARA OSCILOSCÓPIO LF-300

CARACTERÍSTICAS

- Atenuação: 10:1
- Banda de Frequência: DC ~ 300MHz ($\pm 3\text{dB}$)
- Impedância de Entrada (*): $10\text{M}\Omega // 10\text{pF} \sim 35\text{pF}$
(* Conectado ao Osciloscópio de $1\text{M}\Omega // 12\text{pF}$)
- Tempo de Subida: 1.17ns
- Máxima Tensão de Entrada: 600V (DC ou pico AC)
- Segurança: Conformidade IEC-61010 CAT II
- Extensão do Cabo: Aproximadamente 1,2m
- Garantia: A garantia é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal.



APLICAÇÕES

Ponta de prova com atenuação 10:1 para osciloscópios com banda de frequência até 300MHz.

SEGURANÇA

Este acessório está de acordo com a norma IEC61010 Categoria II 600V de Sobretensão.
Conforme norma NR-10 sempre utilize equipamentos de proteção individual.

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções



**Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.*

www.minipa.com.br

MINIPA DO BRASIL LTDA.

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444

Filial: Rua Morro da Graça, 371 - Jd. Montanhês - 30730-670
Belo Horizonte - MG - Tel: +55 31 2519-4550